

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/01/2007	23	CA

ALLEGATO 3

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA/FORNITURA

Le ditte fornitrici di dispositivi contenuti nell'**elenco 1** devono rispettare i seguenti termini massimi di consegna dall'acquisizione dell'autorizzazione:

cod. 11 (06.03) – Plantari	giorni lavorativi	20
" 12 (06-13) – Rialzi	"	20
" 13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	"	20
" 14 (06-33) - Calzature ortopediche su misura	"	60
" 16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore:		
- tutori per caviglia e ginocchio	"	30
- docce	"	20
- tutori bacino, coscia, gamba	"	50
" 17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore:		
- docce	"	20
- tutori	"	30
" 18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	"	30
" 19 (06.24) - Protesi di arto inferiore:		
- provvisoria e temporanea	"	30
- definitiva	"	90
" 20 (06.18) - Protesi di arto superiore:		
- estetica	"	30
- funzionale	"	70
" 22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione:		
- standard	"	20
- personalizzati	"	40
- carrozzelle standard	"	20
- carrozzelle personalizzate e l.re	"	50
" 24 (06.30) - Apparecchi acustici	"	30
" 25 (09.15) - Protesi per laringectomizzati	"	30
" 26 (06.30) - Protesi oculari	"	52
" 28 (03.12) - Dispositivi addominali	"	30
" 29 (21.03) - Dispositivi ottici correttivi	"	52

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/01/2007	"23	CA

" 30 (06.30) - Protesi Fisiognomiche

" (18.09) - Sistemi per la postura:

- standard

" 20

- personalizzati

" 50

" 91 (tutte) - Riparazioni: i tempi di norma non possono superare il 60% del tempo massimo previsto per la consegna

In caso di fornitura "combinata" (ad esempio, tutore e calzatura ortopedica su misura, ortesi e protesi, protesi per amputazione bilaterale ecc.) i termini massimi di consegna si intendono cumulabili.

Nel caso di ricovero dell'assistito, può essere richiesta una deroga non superiore al 100% dei termini massimi di consegna.

Il mancato rispetto dei suddetti termini di consegna comporta un abbattimento del valore della fornitura del 5%.

Per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati in strutture ospedaliere, i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori del 20% rispetto ai suddetti tempi massimi.

Le ditte fornitrici di ausili tecnici di serie di cui all'ELENCO n. 2 sono tenute a rispettare i seguenti termini massimi di consegna dalla acquisizione dell'autorizzazione:

ausili tecnici per l'incontinenza	giorni lavorativi	5
ausili tecnici per la funzione visiva	"	50
ausili tecnici per la funzione acustica	"	50
ausili tecnici per la comunicazione	"	50
ausili tecnici per la funzione motoria:		
- cuscini e materassi antidecubito	"	20
- letti a movimentazione manuale	"	50
- letti a movimentazione elettrica	"	50

Il mancato rispetto dei suddetti termini di consegna comporta un abbattimento del valore della fornitura pari del 10%.

TERMINI MINIMI DI CATEGORIA

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/01/2007	23	CA

cod.		Mesi	
11 (06.03)	Plantari	12	
	Plantari in materiale deperibile	"	6
"	12 (06.12) - Rialzi	"	6
"	13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	"	6
"	14 (06.33) - Calzature ortopediche su misura	"	6
"	- Calzature ortopediche antinfortunistiche	"	6
"	16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore	"	6
"	17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore	"	12
"	18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	"	12
"	19 (06.24) - Protesi di arto inferiore	"	12
	- Protesi in silicone per amputazioni del piede	"	24
	- Cosmesi personalizzata in silicone di arto inferiore	"	24
	- Componenti (ad esempio piedi, ginocchi, articolazioni ecc.) di cui alla lettera d) dell'allegato 2	"	24
	- Cuffie per protesi di arto inferiore	"	12
"	20 (06.18) - Protesi di arto superiore	"	12
	- Protesi in silicone per amputazioni della mano	"	24
	- Cosmesi (guanto) personalizzata in silicone per protesi di superiore	"	24
	- Componenti (ad esempio mani, articolazioni ecc.) di cui alla lettera d) dell'allegato 2	"	24
	- Cuffie per protesi di arto superiore	"	12
"	22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione e carrozzelle	"	12
"	24 (06.30) - Apparecchi acustici	"	12
"	25 (09.15) - Protesi per laringectomizzati	"	12
"	26.(06.30) - Protesi oculari	"	12
"	28 (03.12) - Dispositivi addominali	"	12
"	29 (21.03) - Dispositivi ottici correttivi	"	12
"	30 (06.30) - Protesi fisiognomiche	"	12
	(18.09) - Sistemi per la postura	"	12
"	(tutte) - Riparazioni	"	3

	DATA	PROT. n.	ORGANO
	22/01/2007	23	CA
	- Sostituzione dei componenti dell'allegato 2	"	24
	- Sostituzione ginocchio a completo controllo elettronico		60
"	201 (09.) - Ausili tecnici attinenti la funzione visiva	"	12
"	301 (21.) - Ausili tecnici attinenti la funzione acustica	"	12
"	401 (21.) - Ausili tecnici attinenti la funzione della fonazione e della comunicazione	"	12
"	501 (18.) - Ausili tecnici attinenti la funzione motoria	"	12
	Comandi speciali, modifiche e/o adattamenti per veicoli	"	24
	Dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche	"	24
	Opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche	"	36
	Ausili Domotici	"	24
	Ausili informatici	"	24
	Dispositivi per il controllo del microclima ambientale	"	24

Si richiama, a questo riguardo, quanto indicato alla lettera d) dell'allegato 2, secondo cui l'azienda abilitata garantisce per ogni componente extratariffario di costo superiore ai 1.250 € (applicato a nuove forniture o sostituito in una riparazione) una garanzia minima di 24 mesi.

Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verificano danni non imputabili al normale logorio del presidio. Ciò può essere dovuto a:

- cause di forza maggiore;
- uso improprio della protesi;
- variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore;
- superamento dei limiti di peso corporeo associato ai componenti applicati;
- elevata sudorazione del portatore;
- danno dovuto all'attività particolare del portatore;
- incuria o manomissione del presidio.

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica del soggetto.